

关于银川市第一人民医院（滨河院区） 移机 1 台 DSA 应用项目环境影响报告表 审批意见的函

银川市第一人民医院：

报来的《银川市第一人民医院（滨河院区）移机 1 台 DSA 应用项目环境影响报告表审查审批的申请》收悉。经研究，有关审批意见函复如下：

一、基本情况

银川市第一人民医院（滨河院区）移机 1 台 DSA 应用项目位于宁夏银川市兴庆区，建设单位拟在滨河院区儿科综合楼一层建设介入手术室，并将本部院区住院楼三层 9 号手术室原有的 1 台 Allura Xper FD20 型血管造影用 X 射线装置（DSA）移机至该手术室。DSA 设备最大管电压为 125kV，最大管电流 1250mA，根据《关于发布射线装置分类办法的公告》（2017）规定，拟移机的 DSA 设备属于Ⅱ类射线装置。项目总投资约 200 万元，其

中核技术利用环保投资 130 万元，占总投资的 65%，主要用于辐射屏蔽、防护用品、通风系统等设施。

经评估审查，项目符合国家相关产业政策和实践正当性的要求。在落实《银川市第一人民医院（滨河院区）移机 1 台 DSA 应用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）提出的各项环境保护措施基础上，可以满足国家放射性污染防治相关法律、法规和标准要求，同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、辐射安全和防护对策措施等进行建设。

二、项目建设及运行中应重点做好的工作

（一）严格落实《报告表》中提出的辐射防护、辐射环境管理等措施，介入手术室防护效果满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）规定的机房屏蔽体外 30cm 处的剂量率控制水平 $2.5\mu\text{Sv/h}$ 的要求。辐射工作人员及公众最大年附加有效剂量均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的年剂量管理约束值 5mSv 、 0.1mSv 的要求。

（二）加强辐射环境管理，按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求划定控制区和监督区，制定严格的操作规程等规章制度，完善辐射事故应急预案，落实安全生产各项要求，确保辐射环境安全。

（三）操作时严格按照操作规程进行作业，在操作中必须充分利用时间、距离和屏蔽防护，减少不必要的附加照射。

三、申请许可证工作

项目辐射工作场所及相应的辐射安全与防护设施（设备）建成且满足辐射安全许可证申报条件后，你单位应按照相关规定到宁夏政务服务大厅生态环境厅窗口提交相应申报材料，向我厅重新申请领取《辐射安全许可证》。办理前还应登陆<http://rr.mee.gov.cn> 全国核技术利用辐射安全申报系统提交相关资料。

四、有关要求

（一）项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应依法依规在规定期限内对项目配套建设的环境保护设施进行验收，公开验收信息，并向我厅报送，同时登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。验收报告以及其它档案资料应存档备查。验收合格后，项目方可投入生产或使用。

（二）应成立辐射安全与防护管理机构，指定专人负责辐射安全管理工作，辐射工作人员应参加辐射安全与防护考核，确保持证上岗。

（三）本批复仅限于《报告表》确定的建设内容，项目的性质、规模发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

（四）银川市生态环境局负责该项目环境保护监督检查工作。

（五）你单位应在收到本文件后 20 个工作日内，将批准后

的文件送银川市生态环境局。

宁夏回族自治区生态环境厅

2026年6月23日

(此件公开发布)